



## **“DISCIPLINARE TECNICO” ALLEGATO “A” AL DISCIPLINARE DI GARA**

### **Art.1**

#### **OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto dell'Appalto è il **“Servizio di campionamento ed analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche delle matrici ambientali”** da eseguirsi nell’**“Impianto di trattamento per R.S.U. e annessa discarica di servizio siti in Località Masangionis ad Arborea (OR)”** per la **durata di mesi 12 (dodici)** dalla data di sottoscrizione del contratto per il servizio di cui trattasi, secondo le condizioni specificate nel presente Disciplinare Tecnico - **“Allegato A”**, che costituisce parte integrante e sostanziale del **Disciplinare di gara**.

### **Art. 2**

#### **IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO**

L'importo massimo stimato per l'esecuzione del servizio **di campionamento ed analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche delle matrici ambientali** per il periodo indicato al precedente articolo 1 ammonta complessivamente a **€ 116.032,15** (*Euro centosedici zerotrentadue/15*), di cui **€ 2.000,00** (*Euro duemila/00*) per *Oneri relativi alla Sicurezza* non soggetti a ribasso.

Il servizio è relativo ad un periodo di **12 (dodici)** mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'importo effettivo al netto degli oneri della sicurezza (che non potrà superare l'importo di **€ 114.032,15** indicato nell’**“Allegato B1-Computo metrico estimativo”**) risulterà dai prezzi unitari offerti per le analisi indicati nell’**“Allegato C - Lista offerta prezzi”**. Tali prezzi unitari sono comprensivi di tutte le prestazioni indicate nella predetta *Lista* e nel presente *Disciplinare Tecnico “Allegato A”*.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di oneri per trasferta, dei costi per gli operatori, i mezzi e le attrezzature, nonché di spese generali e utile di impresa. Sono esclusi unicamente i costi per la sicurezza relativi a rischi da interferenza e rischi specifici propri delle attività oggetto del presente Disciplinare Tecnico per i quali è stato stimato un costo complessivo non soggetto a ribasso d'asta di **€ 2.000,00**.

I prezzi complessivi offerti per ciascuna tipologia di analisi dovranno essere riportati nell'allegato di riepilogo **“Allegato D - Lista delle Prestazioni”**, che conterrà anche l'importo complessivo offerto per tutte le prestazioni oggetto di richiesta di offerta, al netto degli Oneri della sicurezza.

Il servizio potrà avere inizio anche in pendenza di contratto. Il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale, firmato digitalmente dai contraenti e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

### **Art. 3**

#### **DESIGNAZIONE DEL SERVIZIO**



Oggetto dell'affidamento è il monitoraggio delle matrici ambientali presso l'*Impianto di trattamento per R.S.U. e annessa discarica di servizio siti in Località Masangionis ad Arborea (OR)*, finalizzato all'autocontrollo del rispetto delle prescrizioni normative ed autorizzative dei parametri di protezione dell'ambiente. Il servizio consiste essenzialmente in prelievi e campionamenti periodici, misurazioni sul campo, trasporto dei campioni, analisi di laboratorio, redazione e trasmissione rapporti di prova come specificato nel presente Disciplinare Tecnico.

Le attività sopra indicate sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, pertanto per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate salvo casi provati di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro per sciopero indetto dalle associazioni di categoria dovranno essere assicurati i servizi indispensabili, così come previsto dalla Legge 15.6.1990 n. 146.

È facoltà del Consorzio modificare il servizio previsto. In questo caso l'adeguamento del corrispettivo e delle modalità di esecuzione del servizio verrà concordato tra le parti nel rispetto dei principi e dei parametri esposti nel presente Disciplinare Tecnico.

Gli accreditamenti indicati nel seguito sono da intendersi ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

## **1. MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE E CHIMICO - FISICHE DEI RIFIUTI IN INGRESSO**

### **Analisi merceologica sul secco residuo in ingresso in Impianto e sui sovvalli provenienti dalla linea del secco residuo**

Nel corso del periodo di affidamento del servizio di cui al precedente art. 1 sono da eseguirsi 4 campagne di analisi merceologiche sul secco residuo in ingresso in Impianto (n. 6 per il comune di Oristano e n. 6 per il Comune di Cabras per ciascuna campagna di prove) e le analisi merceologiche sui sovvalli provenienti dalla linea del secco (n. 6 per ciascuna campagna di prove). Il campione da sottoporre ad analisi merceologica dovrà essere preparato secondo le specifiche della norma indicata nella sottostante tabella e avere un peso minimo di 200 kg. Per quanto riguarda le analisi da effettuare sul secco in ingresso, si precisa che il programma potrà essere definito in ragione dell'effettivo conferimento dei rifiuti secondo le tempistiche temporali che saranno precisate al momento dell'aggiudicazione.

Di norma le analisi merceologiche dei sovvalli si possono eseguire nel corso di 6 giorni consecutivi, mentre per il secco residuo conferito dal Comune di Oristano e dal Comune di Cabras dovranno essere eseguite in n° 1/settimana per sei settimane consecutive in quanto il conferimento è settimanale.

Le analisi dovranno consentire, come minimo, la seguente classificazione merceologica:

<b>TAB. 1 - ANALISI MERCEOLOGICHE TRIMESTRALI SECCO IN INGRESSO IN IMPIANTO</b>				
<b>N°</b>	<b>Frazioni merceologiche</b>	<b>Unità di misura peso/peso</b>	<b>Metodo di prova</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
1	Rifiuti alimentari	%	IRSA CNR NORMA CII-UNI 9246	Rapporto di prova
2	Rifiuti da giardino	%		
3	Carta e cartone	%		
4	Legno e tessili	%		
5	Pannolini ed assorbenti	%		



6	Plastica	%		
7	Metalli	%		
8	Vetro	%		
9	Inerti	%		
10	Rifiuti pericolosi	%		

ACCREDITAMENTO PROVE: nessuna richiesta;

METODO DI PROVA: metodo previsto in tabella.

**Analisi chimico-fisica sul secco residuo e sui sovralli**

Nel corso del periodo di affidamento del servizio di cui al precedente art. 1 sono da eseguirsi, secondo le tempistiche che saranno definite al momento dell'aggiudicazione, le analisi chimico-fisiche sul secco residuo in ingresso in impianto e sul sovrallo prodotto dalla linea di trattamento del secco residuo:

TAB. 2 - ANALISI TRIMESTRALI CHIMICO – FISICHE DEL SECCO IN INGRESSO IN IMPIANTO E DEI SOVALLI				
N°	Frazioni merceologiche	Unità di misura	Metodo di prova	Modalità di registrazione
1	Umidità a 105°C sul t.q.	%	<i>Procedure ufficiali dell'ASTM e/o IRSA(quaderno 64-Parametri tecnologici vol. 2)</i>	Rapporto di prova
2	Ceneri (res. secco a 550°) sul t.q.	%		
3	Solidi totali volatili sul t.q.	%		
4	p.c.i. [media su 5 determinazioni]	Kcal/kg		

ACCREDITAMENTO PROVE: nessuna richiesta;

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella.

**2. ANALISI SUI PRODOTTI FINITI**

**Sovvalli linea secco**

Sui sovralli della linea FOS, nel corso del periodo di affidamento del servizio di cui all'art. 1, sono da eseguirsi secondo le tempistiche indicate nell'Allegato F e nelle date definitive che saranno comunicate dopo l'aggiudicazione, le prove chimico-fisiche indicate nella seguente tabella:

TAB. 3 - ANALISI TRIMESTRALI SOVALLI - PARAMETRI DA ANALIZZARE				
N°	Parametro	Unità di misura	Metodo di prova	Modalità di registrazione
1	Tenore di sostanza organica	% s.t.q.	DM13/09/99 VII SO GU 248/99	Rapporto di prova

ACCREDITAMENTO PROVE: nessuna richiesta;

METODO DI PROVA: metodo previsto in tabella;



**Sottovaglio stabilizzato e altri rifiuti stabilizzati**

Nel corso del periodo di affidamento del servizio di cui al precedente art. 1, sono da eseguirsi, a richiesta del Committente, delle prove respirometriche dinamiche potenziali per la determinazione del grado di stabilizzazione del sottovaglio proveniente dalla linea FOS, degli scarti di processo e all'occorrenza di altri rifiuti:

TAB. 4- ANALISI TRIMESTRALI SOTTOVAGLIO STABILIZZATO: IRD - PARAMETRI DA ANALIZZARE					
N°	Parametro	Unità di misura	Metodo di prova	Limite	Modalità di registrazione
1	Indice respirometrico dinamico potenziale	mgO <sub>2</sub> kgSV <sup>-1</sup> h <sup>-1</sup>	Di Prove UNI/TS 11184	800 mgO <sub>2</sub> kgSV <sup>-1</sup> h <sup>-1</sup>	Rapporto di prova

ACCREDITAMENTO PROVE: nessuna richiesta;

METODO DI PROVA: metodo previsto in tabella;

**Ammendante Compostato Misto**

Secondo quanto previsto dall'allegato 2 del D. Lgs. 75 del 2010 e ss.mm. e ii. sono da eseguirsi nel periodo di aggiudicazione del servizio, a richiesta del Committente, delle prove sui lotti di Ammendante Compostato Misto prodotto dalla sezione di compostaggio dell'Impianto di Trattamento per RSU.

I parametri da ricercare sono riportati nella seguente tabella:

TAB. 5 - ANALISI AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO - PARAMETRI DA ANALIZZARE				
N°	Parametro	Unità di misura	Limiti di Legge	Modalità di registrazione
1	Azoto organico	% s.s.		Rapporto di prova
2	Azoto totale	% s.s.		
3	Azoto organico % su azoto tot	% s.s.	> 80% azoto tot	
4	Umidità	% s.t.q.	<50% s.t.q.	
5	Salinità	dS/m		
6	Carbonio Organico	% s.s.	>20% s.s.	
7	Acidi umici e fulvici	% s.s.	>7% s.s.	
8	Rapporto C/N		<25	
9	pH		6,0-8,8	
10	Rame tot	mg/kg s.s.	<70 ammendante biologico <230 ammendante convenzionale	
11	Zinco tot	mg/kg s.s.	<200 ammendante biologico <500 ammendante convenzionale	
12	Piombo tot	mg/kg s.s.	<45 ammendante biologico <140 ammendante convenzionale	
13	Cadmio tot	mg/kg s.s.	<1,5	
14	Nichel tot	mg/kg s.s.	<25 ammendante biologico <100 ammendante convenzionale	
15	Mercurio tot	mg/kg s.s.	<0,40 ammendante biologico <1,5 ammendante convenzionale	
16	Cromo VI	mg/kg s.s.	NR ammendante biologico <0,5 ammendante convenzionale	
17	Cromo totale	mg/kg s.s.	<70 ammendante biologico	
18	Materie plastiche vetro (Ø >2 mm)	%s.s.	<0,5	
19	Materiali inerti (Ø >5 mm)	%s.s.	<5	



TAB. 5 - ANALISI AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO - PARAMETRI DA ANALIZZARE

N°	Parametro	Unità di misura	Limiti di Legge	Modalità di registrazione
20	Salmonelle (5 ripetizioni)	n°/25 grTQ	assenti	
21	Escherichia coli (5 ripetizioni)	UFC/gr	<1,0x10 <sup>3</sup>	
22	Indice germinazione (diluizione al 30%)	%	>60	

ACCREDITAMENTO PROVE: nessuna richiesta;

**Nota bene:** Per l'esecuzione delle suddette prove sull'Ammendante Compostato Misto è richiesta, **a pena di esclusione**, l'iscrizione all'Elenco dei Laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", pubblicato annualmente dal Ministero agricole, alimentari e forestali. Sarà pertanto necessario, in sede di presentazione d'offerta, dichiarare il possesso di detta iscrizione.

### **3. ANALISI SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DAI BIOFILTRI**

Per la depurazione delle arie esauste sono installati presso l'Impianto 3 biofiltri e altrettanti scrubbers. Sull'intero sistema nel periodo di affidamento del servizio di cui al precedente art. 1, devono essere effettuate le indagini riportate nei successivi paragrafi.

#### **Determinazione del regolare passaggio dell'aria e delle perdite di carico all'interno del pacciamante del biofiltro**

Su ciascun biofiltro si prevede l'effettuazione di misure trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) da eseguirsi secondo quanto indicato nel programma di campionamento con date definitive che saranno comunicate successivamente all'aggiudicazione del servizio, per verificare l'assenza di flussi d'aria preferenziali nel pacciamante di ciascun biofiltro mediante il riscontro dei valori delle velocità in uscita dell'effluente in più punti di ciascun biofiltro. I valori di velocità devono essere rilevati, mediante anemometro ad elica con risoluzione 0.1 m/s allocato nel punto di prelievo di una cappa acceleratrice messa a disposizione da questo Ente, su delle aree opportunamente individuate secondo il criterio che verrà di seguito descritto.

Ciascun biofiltro (nell'Impianto sono presenti 3 biofiltri), è costituito da 9 moduli uguali di 72 m<sup>2</sup>/cad (18 m x 4 m) per una superficie di uscita complessiva pari a 648 m<sup>2</sup> (18 m x 36 m). Tutta la superficie del biofiltro sarà quindi preliminarmente suddivisa nelle 9 aree coincidenti con i moduli sopra descritti. Ciascuna delle 9 aree verrà a sua volta suddivisa in tre sub-aree uguali di superficie pari a 24 m<sup>2</sup> (6 m x 4 m). Sulle 27 aree così ottenute, al centro delle stesse, devono essere misurate la velocità e la temperatura dell'effluente gassoso in uscita.

Per la determinazione della velocità dell'effluente gassoso dai biofiltri, mediante utilizzo di cappa statica, dovrà essere utilizzato un anemometro a elica del quale vengono di seguito riportate le caratteristiche minime essenziali:



- √ Range di misura: 0,6 – 40 m/s
- √ Accuratezza: ± 0,2 m/s
- √ Risoluzione: 0,1 m/s

I valori di portata dell'aria in uscita dal biofiltro dovranno essere confrontati con i valori di portata in ingresso al biofiltro che verranno misurati, invece, mediante l'utilizzo di un tubo di Pitot con applicazione della Norma UNI 10169:2001.

Secondo quanto detto sopra, per la determinazione del regolare passaggio dell'aria e delle perdite di carico in ciascuno dei tre biofiltri dovranno essere eseguite trimestralmente le seguenti misure:

<b>TAB. 6a - DETERMINAZIONE DEL REGOLARE PASSAGGIO DELL'ARIA E DELLE PERDITE DI CARICO IN CIASCUNO DEI TRE BIOFILTRI - PARAMETRI DA ANALIZZARE</b>				
<b>N°</b>	<b>Matrice</b>	<b>Parametro</b>	<b>Metodo di prova</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
1	Portata aria in uscita dal biofiltro (27 punti)	Velocità/Portata Temperatura	Nessuno – Utilizzo di anemometro ad elica di caratteristiche minime: Range misura: 0,6 – 40 m/s Accuratezza: ±0,2 m/s Risoluzione: 0,1 m/s	Rapporto di prova/Relazione riepilogativa
2	Aria in entrata al biofiltro (1 punto)	Velocità/Portata Temperatura Pressione Atmosferica	UNI 10169:2001	

**Determinazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle arie esauste (sistema scrubber + biofiltro)**

Per ciascuno dei tre sistemi biofiltro-scrubber sono da eseguirsi trimestralmente (marzo, giugno, settembre e dicembre) le seguenti analisi chimiche e chimico-fisiche sulle arie esauste provenienti dalle aree interne dei capannoni:

<b>TAB. 6b - DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE DELL'ARIA ESAUSTA M/V SCRUBBERS- PARAMETRI DA ANALIZZARE</b>				
<b>N°</b>	<b>Matrice</b>	<b>Parametro</b>	<b>Metodo di prova</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
1	Aria ingresso scrubber	Umidità	UNI EN 14790:2006	Rapporto di prova/Relazione riepilogativa
2		Temperatura	UNI 10169:2001	
3	Aria uscita scrubber (ingresso biofiltri)	Umidità	UNI EN 14790:2006	
4		Temperatura	UNI 10169:2001	

ACCREDITAMENTO PROVE: nessuna richiesta;

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella.



Per ciascuno dei tre sistemi biofiltro-scrubber sono da eseguirsi semestralmente (di norma a dicembre e a giugno) le seguenti analisi chimiche e chimico-fisiche sulle arie esauste provenienti dalle aree interne dei capannoni:

TAB. 6c DETERMINAZIONE SEMESTRALE DELLE CARATTERISTICHE CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE DELL'ARIA ESAUSTA IN USCITA DAI BIOFILTRI- PARAMETRI DA ANALIZZARE						
N°	Matrice	Parametro	u.m.	Metodo di prova	Valore limite	Modalità di registrazione
1	Aria uscita biofiltri (tutte le analisi su 3 aree diverse di ciascun biofiltro)	Unità odorimetriche	UO/Nm <sup>3</sup>	EN 13725:2004	300 U.O./m <sup>3</sup>	Rapporto di prova/Relazione riepilogativa
2		polveri totali	mg/Nm <sup>3</sup>	UNI EN 13284-1:2003	10 mg/Nm <sup>3</sup>	
3		COV	mg/Nm <sup>3</sup>	UNI EN 13649:2002	50 mg/Nm <sup>3</sup>	
4		H <sub>2</sub> S	mg/Nm <sup>3</sup>	UNICHIM 634/1984	5 mg/Nm <sup>3</sup>	
5		NH <sub>3</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	UNICHIM 632/1984	5 mg/Nm <sup>3</sup>	

ACCREDITAMENTO PROVE: 40% delle prove previste;

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella;

LIMITE DI RILEVABILITÀ: non superiore ad 1/10 del valore limite indicato in tabella per ciascun parametro

TAB. 6d - DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE DELL'ARIA ESAUSTA IN INGRESSO AGLI SCRUBBERS - PARAMETRI DA ANALIZZARE						
N°	Matrice	Parametro	u.m.	Metodo di prova	Valore di riferimento	Modalità di registrazione
1	Aria ingresso scrubber	Unità odorimetriche	UO/Nm <sup>3</sup>	EN 13725:2004	300 U.O./m <sup>3</sup>	Rapporto di prova/Relazione riepilogativa
3		H <sub>2</sub> S	mg/Nm <sup>3</sup>	UNICHIM 634/1984	5 mg/Nm <sup>3</sup>	
4		NH <sub>3</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	UNICHIM 632/1984	5 mg/Nm <sup>3</sup>	
5		COV	mg/Nm <sup>3</sup>	UNI EN 13649:2002	50 mg/Nm <sup>3</sup>	

ACCREDITAMENTO PROVE: 25% delle prove previste;

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella.

VALORE DI RIFERIMENTO: non superiore ad 1/10 del valore indicato in tabella per ciascun parametro



**Determinazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche del pacciamante dei biofiltri**

Sono da eseguirsi, nel periodo di affidamento del servizio di cui all'art. 1, le seguenti analisi chimiche e chimico-fisiche del pacciamante di ciascuno dei tre biofiltri:

TAB. 7 - DETERMINAZIONE TRIMESTRALE DELLE CARATTERISTICHE CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE DELL'ARIA ESAUSTA E DEL PACCIAMANTE DEL BIOFILTRO - PARAMETRI DA ANALIZZARE					
N°	Matrice	Parametro	u.m.	Metodo di prova	Modalità di registrazione
1	Pacciamante biofiltri	Umidità matrici solide	%	CNR IRSA 2.4.1Q 64 Vol 2 1984	Rapporto di prova/Relazione riepilogativa
2		pH matrici solide	unità di pH	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1983	
3		Carbonio organico matrice filtrante	%	UNI EN 13137:2002	
4		Temperatura	°C	UNI 10169:2001	

ACCREDITAMENTO PROVE: nessuna richiesta;

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella.

**Relazione trimestrale biofiltri**

Il Piano di Monitoraggio e Controllo prevede la redazione trimestrale della Relazione riepilogativa dei campionamenti ambientali complessivamente effettuati al sistema di trattamento aria scrubber-biofiltro. Nella relazione dovranno essere riportati tutti i dati relativi alle condizioni di prelievo, meteo climatiche e di Impianto, alle verifiche di campo effettuate oltre ai relativi risultati analitici rilevati sui diversi effluenti. Saranno inoltre da allegare alla Relazione trimestrale i rapporti di prova emessi secondo quanto previsto nell'art. 4 del presente Disciplinare Tecnico e i verbali di campionamento. È possibile che siano da inserire nella relazione anche dati di campionamento ed analisi eseguiti da altri laboratori. I dati saranno messi a disposizione dal personale del CIPOR.

TAB. 8 - RELAZIONE TRIMESTRALE SISTEMA SCRUBBERS-BIOFILTRI			
N°	Matrice	Frequenza	Modalità di registrazione
1	Sistema scrubber-biofiltri	Trimestrale	Relazione

**4. ANALISI SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DAI DEPolverATORI**

Nel periodo di affidamento del servizio, secondo le tempistiche indicate nel programma di campionamento con date effettive che saranno comunicate successivamente all'affidamento del servizio, sono da eseguirsi delle analisi sulle arie trattate in uscita dai depolveratori. Su tali emissioni occorre eseguire le seguenti prove:



**TAB. 9 - DETERMINAZIONE SEMESTRALE DELLE CARATTERISTICHE CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE DELL'ARIA ESAUSTA - PARAMETRI DA ANALIZZARE**

N°	Matrice	Parametro	u.m.	Metodo di prova	Limite	Modalità di registrazione
1	Aria uscita da depolveratore (da eseguire in triplo)	polveri totali	mg/Nm <sup>3</sup>	UNI EN 13284-1:2003	10 mg/Nm <sup>3</sup>	Rapporto di prova

ACCREDITAMENTO PROVE: 100% delle prove previste;

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella.

LIMITE DI RILEVABILITÀ: non superiore ad 1/10 del valore limite indicato in tabella

## 5. QUALITÀ DELL'ARIA DISCARICA

### Emissioni diffuse nell'aria all'esterno della Discarica di servizio

Per il monitoraggio del biogas diffuso nell'aria esterna al corpo della discarica sono previsti n° 2 punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento al momento del campionamento, a monte e a valle della discarica. Il punto a monte dovrà essere individuato in modo da escludere l'influenza dell'impianto sulla qualità dell'aria e quindi a monte anche dello stesso impianto.

Con frequenza semestrale (di norma a novembre e a maggio), secondo le tempistiche che saranno stabilite nel programma di campionamento con date definitive che saranno comunicate successivamente all'aggiudicazione del servizio, sono da eseguirsi le seguenti prove:

**TAB. 10a - ANALISI SEMESTRALI EMISSIONI DIFFUSE ARIA ESTERNA DISCARICA - PARAMETRI DA ANALIZZARE**

N°	Matrice	Parametro	u.m.	Metodo di prova	Livelli di guardia	Modalità di registrazione
1	Emissioni diffuse esterne corpo della discarica	H <sub>2</sub> S	ppm - mg/m <sup>3</sup>	Metodo NIOSH 6013/94 oppure Fiale colorimetriche a lettura istantanea	0,2 ppm	Rapporto prova/Relazione riepilogativa
2		NH <sub>3</sub>	ppm - mg/m <sup>3</sup>	M.U. 268/89 oppure Fiale colorimetriche a lettura istantanea	5 ppm	
3		Mercaptani	ppm - mg/m <sup>3</sup>	Fiale colorimetriche a lettura istantanea oppure M.U. 565/80 oppure NIOSH 2542 1994	0,2 ppm	
4		CH <sub>4</sub>	%V	Infrarosso, tedlar-bag ed analisi GC/TCD oppure fiala a carbone attivo e analisi GC/FID		
5		Polveri	µg/m <sup>3</sup>	Riferimento normativo DPCM 28.03.93 (P.T.S.) - UNI EN 12341:2001	100 µg/m <sup>3</sup>	
6		COV	mg/m <sup>3</sup>	D.lgs. n. 250/2012 oppure M.U. 565/80 oppure UNI EN 13649-2002		
7		Cloruro di vinile monomero	µg/m <sup>3</sup>	Fiala a carbone attivo e analisi oppure GC/FID oppure M.U. 565/80	100 µg/m <sup>3</sup>	
8		Unità odorimetriche	OUE/m <sup>3</sup>	UNI EN 13725-2004		

ACCREDITAMENTO PROVE: nessuna richiesta;

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella.



Con frequenza mensile, secondo le tempistiche che saranno stabilite nel programma di campionamento con date definitive che saranno comunicate successivamente all'aggiudicazione del servizio, sono da eseguirsi i seguenti monitoraggi:

TAB. 10b - ANALISI MENSILI EMISSIONI DIFFUSE ARIA ESTERNA DISCARICA - PARAMETRI DA ANALIZZARE						
N°	Matrice	Parametro	u.m.	Metodo di prova	Livelli di guardia	Modalità di registrazione
1	Emissioni diffuse esterne corpo della discarica (tutti i parametri devono essere misurati in due punti distinti a monte e a valle della discarica)	H <sub>2</sub> S	ppm - mg/m <sup>3</sup>	Metodo NIOSH 6013/94 oppure Fiale colorimetriche a lettura istantanea	0,2 ppm	Rapporto prova/Relazione riepilogativa
2		NH <sub>3</sub>	ppm - mg/m <sup>3</sup>	M.U. 268/89 oppure Fiale colorimetriche a lettura istantanea	5 ppm	
3		Mercaptani	ppm - mg/m <sup>3</sup>	Fiale colorimetriche a lettura istantanea oppure M.U. 565/80 oppure NIOSH 2542 1994	0,2 ppm	
4		CH <sub>4</sub>	%V	Infrarosso, tedlar-bag ed analisi GC/TCD o fiala a carbone attivo e analisi GC/FID		

ACCREDITAMENTO PROVE: nessuna richiesta;

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella.

**Nota bene:** le metodologie proposte devono prevedere un limite di rilevabilità strumentale **non superiore** ai livelli di guardia indicati in tabella

**Controlli sul biogas captato dal collettore a monte della torcia**

Per il monitoraggio del biogas captato dal collettore posto a monte della torcia di combustione con frequenza mensile, secondo il programma di campionamento con date definitive che saranno comunicate successivamente all'aggiudicazione, sono da eseguirsi i seguenti monitoraggi:

TAB. 11a - ANALISI MENSILI QUALITÀ DEL BIOGAS CAPTATO - PARAMETRI DA ANALIZZARE					
N°	Matrice	Parametro	u.m.	Metodo di prova	Modalità di registrazione
1	Biogas monte torcia	CH <sub>4</sub>	%	EPA Method 3C/UNI 9968	Rapporto prova/Relazione riepilogativa
2		CO <sub>2</sub>	%	EPA Method 3C/UNI 9968	
3		O <sub>2</sub>	%	ISO 12039/EPA Method 3C/UNI 9968	
4		H <sub>2</sub> S	mg/Nmc	Unichim 634	
5		NH <sub>3</sub>	mg/Nmc	Unichim 632	
6		Mercaptani	mg/Nmc	NIOSH 2542	
7		COV	mg/Nmc	UNI EN 13649	
8		Polveri	mg/Nmc	UNI EN 13284-1	

ACCREDITAMENTO PROVE: nessuna richiesta;

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella.



**TAB. 11b - ULTERIORI ANALISI SULLA QUALITÀ DEL BIOGAS CAPTATO - PARAMETRI DA ANALIZZARE**

N°	Matrice	Parametro	u.m.	Metodo di prova	Modalità di registrazione
1	Biogas monte torcia	p.c.i.	kJ/Nmc		Rapporto prova/Relazione riepilogativa
2		cloro totale	mg/Nmc	UNI EN 13649 (2002)	
3		fluoro totale	mg/Nmc	UNI EN 13649 (2002)	
4		zolfo ridotto come H <sub>2</sub> S	mg/Nmc % V/V	UNICHIM 634 (1984)	
5		Temperatura	°C		
6		Umidità assoluta	g/Nmc	UNI EN 14790 (2006)	

ACCREDITAMENTO PROVE: nessuna richiesta;

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella o altri di equivalente valore scientifico

### **Relazione semestrale discarica**

Il Piano di Monitoraggio e Controllo prevede la redazione semestrale della Relazione riepilogativa dei campionamenti ambientali complessivamente effettuati nell'area della discarica di servizio nel semestre di riferimento. Nella relazione dovranno essere riportati tutti i dati relativi alle condizioni metoclimatiche di prelievo, alle verifiche di campo effettuate oltre ai relativi risultati analitici rilevati sui diversi effluenti. Saranno inoltre da allegare alla Relazione semestrale i Rapporti di prova emessi secondo quanto previsto nell'art. 4 del presente Disciplinare e i verbali di campionamento. È possibile che siano da inserire nella relazione anche dati di campionamento ed analisi eseguiti da altri laboratori. I dati saranno messi a disposizione dal personale del CIPOR.

**TAB. 12 - RELAZIONE SEMESTRALE DISCARICA DI SERVIZIO**

N°	Matrice	Frequenza	Modalità di registrazione
1	Emissioni dalla discarica di servizio	Semestrale	Relazione

### **6. EMISSIONI IN ACQUA**

Sulle acque reflue e meteoriche sono da effettuare le seguenti prove:

**TAB. 13 - ANALISI MENSILI ACQUE REFLUE – ACQUE DI PRIMA PIOGGIA**

N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova	Limiti tab. 3 all.5 PIII D. Lgs. 152/2006	Modalità di registrazione
1	Idrocarburi totali	mg/L	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003	≤5 mg/L	Rapporto di prova

ACCREDITAMENTO PROVE: nessuna richiesta;

LIMITE DI RILEVABILITÀ: non superiore ad 1/10 del valore limite

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella. Potranno essere utilizzate anche metodiche



diverse da quelle indicate, purché di equivalente valore scientifico.

TAB. 14 - ANALISI MENSILI ACQUE REFLUE – ACQUE DI PIOGGIA CANALETTA DISCARICA					
N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova	Limiti tab. 3 all.5 PIII D. Lgs. 152/2006	Modalità di registrazione
1	Solidi sospesi	mg/L	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	≤80,00 mg/L	Rapporto di prova

ACCREDITAMENTO PROVE: nessuna richiesta;

LIMITE DI RILEVABILITÀ: non superiore ad 1/10 del valore limite

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella. Potranno essere utilizzate anche metodiche diverse da quelle indicate, purché di equivalente valore scientifico.

TAB. 15 - ANALISI SEMESTRALI ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA DEI PIAZZALI E DEI TETTI ANALISI TRIMESTRALI ACQUE METEORICHE CANALETTA DISCARICA DI SERVIZIO				
N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova previsto	Modalità di Registrazione
1	pH		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Rapporto di prova
2	SAR		P-AM-817	
2	Temperatura	°C		
3	Colore		APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	
4	Odore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	
5	Materiali grossolani		T.A. SXOP 01/01	
6	Solidi sospesi totali	mg/L	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	
7	BOD5 (come O2)	mg/L	APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	
8	COD (come O2)	mg/L	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	
9	Conducibilità elettrica	µS/cm		
10	Alluminio	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
11	Arsenico	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
12	Bario	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	

TAB. 15 - ANALISI SEMESTRALI ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA DEI PIAZZALI E DEI TETTI  
ANALISI TRIMESTRALI ACQUE METEORICHE CANALETTA DISCARICA DI SERVIZIO

N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova previsto	Modalità di Registrazione
13	Berillio	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
14	Boro	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
15	Cobalto	mg/L	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	
16	Cadmio	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
17	Cromo totale	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
18	Cromo VI	mg/L	EPA 7199 1996	
19	Ferro	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
20	Manganese	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
21	Mercurio	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
22	Nichel	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
23	Piombo	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
24	Rame	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
25	Selenio	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
26	Stagno	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
27	Vanadio	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
28	Tallio	mg/L	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	
29	Zinco	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
30	Cianuri totali (CN)	mg/L	EPA 9010C 2004 + EPA 9014A 2014	
31	Cloro attivo libero	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	
32	Solfuri (come H <sub>2</sub> S)	mg/L	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	

TAB. 15 - ANALISI SEMESTRALI ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA DEI PIAZZALI E DEI TETTI  
ANALISI TRIMESTRALI ACQUE METEORICHE CANALETTA DISCARICA DI SERVIZIO

N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova previsto	Modalità di Registrazione
33	Solfiti (come SO <sub>3</sub> )	mg/L	APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003	
34	Solfati (come SO <sub>4</sub> )	mg/L	EPA 9056A 2007	
35	Cloruri	mg/L	EPA 9056A 2007	
36	Fluoruri	mg/L	EPA 9056A 2007	
37	Fosforo totale (come P)	mg/L	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014	
38	Azoto totale	mg/L	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003	
39	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/L	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	
40	Oli minerali - idrocarburi (C10 a C40)	mg/L	UNI EN ISO 9377-2:2002	
41	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	Da calcolo	
42	Idrocarburi totali	mg/L	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003	
43	Pentacloro fenolo	mg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
44	Fenoli totali	mg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
45	Aldeidi totali	mg/L	APAT CNR IRSA 5010 A MAN 29 2003	
46	Benzo(a)pirene	mg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	
47	Solventi organici aromatici totali  [1,2,4-trimetilbenzene; 1,3,5-trimetilbenzene; benzene; etilbenzene; isopropilbenzene; m,p-xilene; naftalene; n-butilbenzene; n-propilbenzene; oxilene;p-isopropiltoluene; sec-butilbenzene; stirene; tert-butilbenzene; toluene]	mg/L	+ EPA 8260C 2006  EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	
48	Solventi organici azotati totali  [2-nitropropano; acrilonitrile; metacrilonitrile; nitrobenzene; propionitrile]	mg/L	+ EPA 8260C 2006  EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	



TAB. 15 - ANALISI SEMESTRALI ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA DEI PIAZZALI E DEI TETTI  
ANALISI TRIMESTRALI ACQUE METEORICHE CANALETTA DISCARICA DI SERVIZIO

N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova previsto	Modalità di Registrazione
49	Tensioattivi totali <i>[tensioattivi anionici (MBAS) - tensioattivi cationici - tensioattivi non ionici (PPAS)]</i>	mg/L	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003  SLSP020-00 2015 Rev 2_1  TA SLSP023/84 2015 Rev 3_1	
50	Pesticidi fosforati <i>[lazinfos metilic; bolstar; coumafos; demeton-o; demeton-s; diazinone; disulfoton; etoprop; fensulfoton; fention; forate; merfos; mevinfos; naleed; paration metilic; ronnel; stirofos; tokution; tricoloronate]</i>	mg/L	+ EPA 8270D 2014  EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	
51	Pesticidi clorurati (ciascuno)	mg/L	EPA 8270D 2014	
52	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/L	EPA 8270D 2014	
	<i>[Pesticidi azotati: atrazina; pesticidi azotati; ametrina; bromacil; butilate; cianazina; cicloato; difenamide; EPTC; esazinone; fluridone; metribuzim; mgk-264; molinate; napropamide; prebane; prometon; propazina; tebutiuron; tillam; triciclazole; trifluralin; Pesticidi clorurati: 4,4'-DDD; 4,4'-DDE; 4,4'-DDT; a-HCH; alaclor; altri; b-HCH; d-HCH; dieldrin; endosulfan I; endosulfan II; endosulfan solfato; endrin; endrin aldeide; ptacloro; eptacloro epossido; g-HCH lindano; metossicloro; butacloro; clorpirifos; diclorovos; fenarimol; isodrin; norflurazon; prometrina; pronamide; propacloro; simetrina; terbacil; triadimefon; cis-clordano; trans-clordano]</i>		EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	
	tra cui:			
53	aldrina	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	
54	dieldrina	µg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	
55	endrin	mg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	
56	Eptacloro	µg/l	EPA 8270D 2014	
57	Eptacloro epossido	µg/l	EPA 8270D 2014	
58	- isodrin	mg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014	
59	Altri pesticidi totali	mg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	



TAB. 15 - ANALISI SEMESTRALI ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA DEI PIAZZALI E DEI TETTI ANALISI TRIMESTRALI ACQUE METEORICHE CANALETTA DISCARICA DI SERVIZIO				
N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova previsto	Modalità di Registrazione
60	Triometani (somma delle concentrazioni)	mg/l	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	
61	Solventi clorurati totali <i>[trialometani totali; 1,1,1,2-tetracloroetano; 1,1,1-tricloroetano; 1,1,2,2-tetracloroetano; 1,1,2-tricloroetano; 1,1-dicloroetano; 1,1-dicloroetilene; 1,1-dicloropropene; 1,2,3-triclorobenzene; 1,2,3-tricloropropano; 1,2,4-triclorobenzene; 1,2-dibromo-3-cloropropano; 1,2-dibromoetano; 1,2-diclorobenzene; 1,2-dicloroetano; 1,2-dicloroetilene (cis); 1,2-dicloroetilene (trans); 1,2-dicloropropano; 1,3-diclorobenzene; 1,3-dicloropropano; 1,3-dicloropropene (cis); 1,3-dicloropropene (trans); 1,4-diclorobenzene; 2,2-dicloropropano; 2-clorotoluene; 4-clorotoluene; bromobenzene; bromoclorometano; bromodichlorometano; bromoformio; bromometano; carbonio tetracloruro; clorobenzene; cloroetano; cloroformio; clorometano; cloruro divinile; dibromoclorometano; dibromometano; diclorodifluorometano; esaclorobutadiene; metilene cloruro; tetracloroetilene; tricloroetilene; triclorofluorometano]</i>	mg/L	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 + EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	EPA
62	Litio	mg/L	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	
63	Molibdeno	mg/L	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014	
64	Salmonella		M.U. 959/94	
65	Escherichiacoli	UFC/ 100mL	APAT CNR IRSA 7030 C Man 29 2003	
66	Saggio di Tossicità acuta	%	APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003	

**Il Rapporto di Prova dovrà essere emesso con riferimento ai limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 per lo scarico su corpo idrico superficiale e alla Tabella 1 dell'Allegato 2 alla Direttiva della Regione Sardegna n. 75/15 del 2008 per Riutilizzo delle acque reflue recuperate che si intendono allegati alla presente.**

METODO CAMPIONAMENTO: APAT IRSA 1030

ACCREDITAMENTO PROVE: minimo 50% delle prove previste in tabella;

LIMITI DI RILEVABILITÀ: non superiore ad 1/10 del valore limite

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella. Potranno essere utilizzate anche metodiche diverse da quelle indicate, purché di equivalente valore scientifico.

## 7. PERCOLATI

Sui percolati dei 3 diversi moduli della discarica di servizio, o di altri percolati prodotti dall'impianto a scelta dei tecnici dell'Ente, sono da effettuarsi trimestralmente, le seguenti analisi:



TAB. 16 - ANALISI TRIMESTRALI PERCOLATO DI DISCARICA E ALTRI PERCOLATI

N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova	Modalità di registrazione
1	pH		APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Rapporto di prova
2	Temperatura	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	
3	Conducibilità elettrica	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	
4	Ossidabilità Kubel	mg/L O2	UNI EN ISO 8467:1997	
5	BOD5	mg/L	APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	
6	COD	mg/L	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	
7	Calcio	mg/L	APAT CNR IRSA 3130 Man 29 2003	
8	Sodio	mg/L	APAT CNR IRSA 3270 Man 29 2003	
9	Potassio	mg/L	APAT CNR IRSA 3240 Man 29 2003	
10	Cloruri	mg/L	APAT CNR IRSA 4020/4090 Man 29 2003	
11	Solfati	mg/L	APAT CNR IRSA 4020/4140 Man 29 2003	
12	Fluoruri	mg/L	APAT CNR IRSA 4100/4020 Man 29 2003	
13	Antimonio	mg/L	APAT CNR IRSA 3060 Man 29 2003	
14	Ferro	mg/L	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	
15	Manganese	mg/L	APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003	
16	Arsenico	mg/L	APAT CNR IRSA 3080 Man 29 2003	
17	Rame	mg/L	APAT CNR IRSA 3250 Man 29 2003	
18	Cadmio	mg/L	APAT CNR IRSA 3120 Man 29 2003	
19	Cromo totale	mg/L	APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003	
20	Cromo VI	mg/L	APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003	
21	Mercurio	mg/L	APAT CNR IRSA 3200 Man 29 2003	
22	Nichel	mg/L	APAT CNR IRSA 3220 Man 29 2003	
23	Piombo	mg/L	APAT CNR IRSA 3230 Man 29 2003	
24	Magnesio	mg/L	APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003	
25	Zinco	mg/L	APAT CNR IRSA 3320 Man 29 2003	
26	Cianuri	mg/L	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	



TAB. 16 - ANALISI TRIMESTRALI PERCOLATO DI DISCARICA E ALTRI PERCOLATI

N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova	Modalità di registrazione
27	Azoto ammoniacale	mg/L	APAT CNR IRSA 4030 A2 C Man 29 2003	Rapporto di prova
28	Azoto nitroso	mg/L	APAT CNR IRSA 4050/4020 Man 29 2003	
29	Azoto nitrico	mg/L	APAT CNR IRSA 4040/4020 Man 29 2003	
30	Composti organo alogenati [1,1,1,2-tetracloroetano; 1,1,1-tricloroetano; 1,1,2,2-tetracloroetano; 1,1,2-tricloroetano; 1,1-dicloroetano; 1,1-dicloroetilene; 1,1-dicloropropene; 1,2,3-triclorobenzene; 1,2,3-tricloropropano; 1,2,4-triclorobenzene; 1,2-dibromo-3-cloropropano; 1,2-dibromoetano; 1,2-diclorobenzene; 1,2-dicloroetano; 1,2-dicloroetilene (cis); 1,2-dicloroetilene (trans); 1,2-dicloropropano; 1,3-diclorobenzene; 1,3-dicloropropano; 1,3-dicloropropene (cis); 1,3-dicloropropene (trans); 1,4-diclorobenzene; 2,2-dicloropropano; 2-clorotoluene; 4-clorotoluene; bromobenzene; bromoclorometano; bromodichlorometano; bromoformio; carbonio tetracloruro; clorobenzene; cloroformio; clorometano; cloruro di vinile; dibromoclorometano; dibromometano; esaclorobutadiene; metilene cloruro; tetracloroetilene; tricloroetilene]	mg/L	+ EPA 8260C 2006 EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	
31	Fenoli	mg/L	APAT CNR IRSA 5070 A1 A2 Man 29 2003	
32	Solventi organici azotati [2-nitropropano; acrilonitrile; metacrilonitrile; nitrobenzene; propionitrile]	mg/L	EPA 8260B	
33	Pesticidi fosforati e totali [pesticidi fosforati; azinfos metile; bolstar; coumafos; demeton-o; demeton-s; diazinone; disulfoton; etoprop; fensulfoton; fention; forate; merfos; mevinfos; naleed; paration metile; ronnel; stirofos; tokution; tricloronate; atrazina; pesticidi azotati: ametrina; bromacil; butilate; cianazina; cicloato; difenamida; EPTC; esazinone; fluridone; metribuzim; mgk-264; molinate; napropamide; prebane; prometon; propazina; tebuturon; tillam; triciclazole; trifluralin; 4,4'-DDD; 4,4'-DDE; 4,4'-DDT; a-HCH; alaclor; aldrin; b-HCH; d-HCH; dieldrin; endosulfan I; endosulfan II; endosulfan solfato; endrin; endrin aldeide; eptacloro; eptacloro epossido; g-HCH lindano; metossicloro; pesticidi clorurati: butacloro; clorpirifos; diclorovos; fenarimol; metolacolor; norflurazon; prometrina; pronamide; propacloro; simetrina; terbacil; triadimefon; cis-clordano; trans-clordano]	mg/L	APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003	
34	PCB totali [aroclor 1016; aroclor 1221; aroclor 1232; aroclor 1242; aroclor 1248; aroclor 1254; aroclor 1260]	mg/L	+ EPA 8082A 2007 EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007	
35	Solventi clorurati	mg/L	APAT IRSA CNR 5150 man. 29/2003	
36	Solventi organici aromatici [1,2,4-trimetilbenzene; 1,3,5-trimetilbenzene; benzene; etilbenzene; isopropilbenzene; m,p-xilene; naftalene; n-butilbenzene; n-propilbenzene; o-xilene; p-isopropiltoluene; secbutilbenzene; stirene; tert-butilbenzene; toluene]	mg/L	APAT IRSA CNR 5140 man. 29/2003	
37	IPA [2-metilnaftalene; acenafteene; acenafteene; antracene; benzo[a]antracene; benzo[a]pirene;	mg/L	APAT IRSA CNR 5080 man. 29/2003	



TAB. 16 - ANALISI TRIMESTRALI PERCOLATO DI DISCARICA E ALTRI PERCOLATI				
N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova	Modalità di registrazione
	benzo[b] fluorantene; benzo[e]pirene; benzo[g,h,i]perilene; benzo[j] fluorantene; benzo[k] fluorantene; crisene; dibenzo[a,e]pirene; dibenzo[a,h]antracene; dibenzo[a,h]pirene; dibenzo[a,i]pirene; dibenzo[a,l]pirene; fenantrene; fluorantene; fluorene; indeno[1,2,3- cd]pirene; naftalene; pirene]			

ACCREDITAMENTO PROVE: minimo 50% delle prove previste in tabella;

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella. Potranno essere utilizzate anche metodiche diverse da quelle indicate, purché di equivalente valore scientifico.

## 8. MONITORAGGIO DELLE ARIE DI LAVORO

Nel periodo di affidamento del servizio si prevede il monitoraggio delle arie di lavoro mediante misura con dosimetrie personali della concentrazione complessiva delle polveri inalabili e respirabili a cui sono soggetti i lavoratori.

Le misure dovranno essere effettuate durante **tutto** il turno di lavoro e quindi per almeno 6 ore dalle ore 7.00 alle ore 13.00 circa

TAB. 17 - MONITORAGGIO DELLE ARIE DI LAVORO - DOSIMETRIE PERSONALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE POLVERI - PARAMETRI DA ANALIZZARE						
N°	Matrice	Parametro	u.m.	Metodo di prova	Limite	Modalità di registrazione
1	Polveri - frazione inalabile	polveri inalabili	mg/m <sup>3</sup>	M.U. 1998: 2013	10 mg/m <sup>3</sup>	Rapporto di prova
2	Polveri - frazione respirabile	polveri respirabili	mg/m <sup>3</sup>	M.U. 2010: 2011	3 mg/m <sup>3</sup>	Rapporto di prova

ACCREDITAMENTO PROVE: nessuna richiesta;

LIMITE DI RILEVABILITÀ: non superiore ad 1/10 del valore limite se previsto

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella.



**9. CARATTERIZZAZIONE PER CLASSIFICAZIONE RIFIUTI SOLIDI**

Nel periodo di affidamento del servizio sono da eseguirsi le seguenti analisi per la caratterizzazione di rifiuti solidi:

<b>TAB. 18 - TEST DI CESSIONE D.M. 27/09/10 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI PER L'ACCETTAZIONE IN DISCARICHE PER RIFIUTI - PARAMETRI DA ANALIZZARE</b>				
<b>N°</b>	<b>Parametro</b>	<b>u.m.</b>	<b>Metodo di prova</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
1	Campionamento		UNI 10802:13	<b>Rapporto di prova</b>
2	Test cessione in acqua		UNI EN 12459-2:2004	
3	pH	pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	
4	solidi disciolti totali	mg/L	APA SM ed 22 nd, 2012 2540 C	
5	DOC	mg/L	UNI EN 1484:99	
6	cloruri; fluoruri; solfati	mg/L	EPA 9056A 2007	
7	antimonio, arsenico, bario, cadmio, cromo totale, mercurio, molibdeno, nichel, piombo, rame, selenio, zinco	mg/L	EPA 6020A 2007	
8	indice di fenolo	mg/L	ISO 6439	

ACCREDITAMENTO PROVE: minimo 30% delle prove previste in tabella;

LIMITE DI RILEVABILITÀ: non superiore ad 1/10 del valore limite se previsto

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella. Potranno essere utilizzate anche metodiche diverse da quelle indicate, purché di equivalente valore scientifico.

<b>TAB. 19 - CARATTERIZZAZIONE PER CLASSIFICAZIONE RIFIUTI A MATRICE SOLIDA - PARAMETRI DA ANALIZZARE</b>				
<b>N°</b>	<b>Parametro</b>	<b>u.m.</b>	<b>Metodo di prova</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
1	Campionamento		UNI 10802:13	<b>Rapporto di prova</b>
2	Stato fisico		UNI 10802:13	
3	sostanza secca	%	UNI EN 14346: 2007 Met A	
4	preparativa rifiuti		UNI EN 15002: 2006	
5	pH	pH	CNR I RSA 1 Q 64 Vol 3 1985	
6	test di infiammabilità su solidi		T.A. SSOP 03/ 15	
7	residuo a 550° C	%	CNR I RSA 2.4.2 Q 64 Vol 2 1984 (550)	
8	TOC Carbonio Organico Totale	%	UNI EN 13137: 2002	
9	acetati; bromuri; cloruri; fluoruri; fosfati; nitrati; nitriti; solfati	mg/kg	EPA 9056A 2007	
10	solfiti	mg/kg	T.A. SXI C 04/ 15	
11	solfori	mg/kg	T.A. SXVL 05/ 15	
12	cromo (VI)	mg/kg	EPA 7199 1996	
13	alluminio; antimonio; arsenico; bario; berillio; boro; cadmio; cobalto; cromo	mg/kg	UNI EN I SO 11885: 2009	



**TAB. 19 - CARATTERIZZAZIONE PER CLASSIFICAZIONE RIFIUTI A MATRICE SOLIDA - PARAMETRI DA ANALIZZARE**

N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova	Modalità di registrazione
	totale; ferro; litio; manganese; mercurio; nichel; piombo; rame; selenio; stagno; stronzio; tallio; tellurio; titanio; vanadio; zinco;			
14	idrocarburi pesanti > C12 (C12-C40);	mg/kg	EPA 8015D 2003	
15	idrocarburi leggeri < C12; idrocarburi alifatici C5- C8	mg/kg	EPA 8015D 2003 (FP&T)	
16	dipentene; benzene; etilbenzene; isopropilbenzene; m,p-xilene; o-xilene; stirene; toluene; 1,3-butadiene;	mg/kg	EPA 8260C 2006	
17	I PA totali; 2-metilnaftalene; acenaftene; acenaftilene; antracene; benzo[ a ] antracene; benzo[ a ] pirene; benzo[ b ] fluorantene; benzo[ e ] pirene; benzo[ g,h,i] perilene; benzo[ j ] fluorantene; benzo[ k ] fluorantene; crisene; dibenzo[ a,e] pirene; dibenzo[ a,h] antracene; dibenzo[ a,h] pirene; dibenzo[ a,i] pirene; dibenzo[ a,l] pirene; fenantrene; fluorantene; fluorene; indeno[ 1,2,3-cd ] pirene; naftalene; pirene	mg/kg	EPA 8270D 2007 MixA	
18	Giudizio professionale			

ACCREDITAMENTO PROVE: minimo 30% delle prove previste in tabella;

LIMITE DI RILEVABILITÀ: non superiore ad 1/10 del valore limite se previsto

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella. Potranno essere utilizzate anche metodiche diverse da quelle indicate, purché di equivalente valore scientifico.

**TAB. 20 - CARATTERIZZAZIONE PER CLASSIFICAZIONE RIFIUTI A MATRICE LIQUIDA - PARAMETRI DA ANALIZZARE**

N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova previsto	Modalità di registrazione
1	stato fisico	n.a.	UNI 10802:13	
2	sostanza secca	%	UNI EN 14346:2007 Met A	
3	pH	pH	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985	
4	punto di infiammabilità in vaso chiuso	°C	ASTM D93-15	
5	viscosità a 40°C	mm2/s	ASTM D445-12 40°C	
6	residuo a 550°C	%	CNR IRSA 2.4.2 Q 64 Vol 2 1984 (550)	
7	carbonio organico totale	mg/Kg	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003 TOC	
8	acetati	mg/Kg	EPA 9056A 2007	
9	bromuri	mg/Kg	EPA 9056A 2007	
10	cloruri	mg/Kg	EPA 9056A 2007	
11	fluoruri	mg/Kg	EPA 9056A 2007	
12	fosfati	mg/Kg	EPA 9056A 2007	
13	nitriti	mg/Kg	EPA 9056A 2007	
14	nitriti	mg/Kg	EPA 9056A 2007	
15	solforati	mg/Kg	EPA 9056A 2007	



TAB. 20 - CARATTERIZZAZIONE PER CLASSIFICAZIONE RIFIUTI A MATRICE LIQUIDA - PARAMETRI DA ANALIZZARE				
N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova previsto	Modalità di registrazione
16	solfiti	mg/Kg	T.A. SXIC 04/15	Rapporto di prova
17	solfori	mg/Kg	T.A. SXVL 05/15	
18	cromo (VI)	mg/Kg	EPA 7199 1996	
19	alluminio sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
20	antimonio sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
21	arsenico sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
22	bario sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
23	berillio sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
24	boro sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
25	cadmio sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
26	cobalto sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
27	cromo totale sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
28	ferro sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
29	litio sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
30	manganese sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
31	mercurio sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
32	nicel sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
33	piombo sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
34	rame sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
35	selenio sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
36	stagno sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
37	stronzio sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
38	tallio sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
39	tellurio sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
40	titanio sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
41	vanadio sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
42	zinco sul tal quale	mg/Kg	UNI EN ISO 11885:2009	
43	idrocarburi pesanti >C12 (C12-C40)	mg/Kg	EPA 8015D 2003	
44	idrocarburi leggeri < C12 sul tal quale	mg/Kg	EPA 8015D 2003 (FP&T)	
45	idrocarburi alifatici C5-C8 sul tal quale	mg/Kg	EPA 8015D 2003 (FP&T)	
46	dipentene sul tal quale	mg/Kg	EPA 8260C 2006	
47	benzene sul tal quale	mg/Kg	EPA 8260C 2006	
48	etilbenzene sul tal quale	mg/Kg	EPA 8260C 2006	
49	isopropilbenzene sul tal quale	mg/Kg	EPA 8260C 2006	
50	m,p-xilene sul tal quale	mg/Kg	EPA 8260C 2006	
51	o-xilene sul tal quale	mg/Kg	EPA 8260C 2006	
52	stirene sul tal quale	mg/Kg	EPA 8260C 2006	
53	toluene sul tal quale	mg/Kg	EPA 8260C 2006	
54	1,3-butadiene sul tal quale	mg/Kg	EPA 8260C 2006	
55	- idrocarburi polinucleari aromatici (IPA) totali	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
56	2-metilnaftalene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
57	acenaftene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
58	acenaftilene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	



TAB. 20 - CARATTERIZZAZIONE PER CLASSIFICAZIONE RIFIUTI A MATRICE LIQUIDA - PARAMETRI DA ANALIZZARE				
N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova previsto	Modalità di registrazione
59	antracene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
60	benzo[a]antracene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
61	benzo[a]pirene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
62	benzo[b]fluorantene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
63	benzo[e]pirene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
64	benzo[g,h,i]perilene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
65	benzo[j]fluorantene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
66	benzo[k]fluorantene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
67	crisene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
68	dibenzo[a,e]pirene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
69	dibenzo[a,h]antracene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
70	dibenzo[a,h]pirene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
71	dibenzo[a,i]pirene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
72	dibenzo[a,l]pirene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
73	fenantrene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
74	fluorantene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
75	fluorene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
76	indeno[1,2,3-cd]pirene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
77	naftalene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
78	pirene	mg/Kg	EPA 8270D 2014 MixA	
79	Giudizio professionale			

ACCREDITAMENTO PROVE: minimo 30% delle prove previste in tabella;

LIMITE DI RILEVABILITÀ: non superiore ad 1/10 del valore limite se previsto

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella. Potranno essere utilizzate anche metodiche diverse da quelle indicate, purché di equivalente valore scientifico.

TAB. 21 - CARATTERIZZAZIONE PER CLASSIFICAZIONE RIFIUTI A MATRICE LIQUIDA SECONDO LA TABELLA CIPSS - PARAMETRI DA ANALIZZARE					
N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova previsto	Limiti	Modalità di registrazione
1	cloro residuo libero	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	5	
2	materiali grossolani		SXOP001/01		
3	pH	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	min 5,5 - max 9,5	
4	conducibilità	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003		
5	BOD5	mg/L	APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	800	
6	COD totale	mg/L	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	1300	
7	peso specifico	g/cc	T.A. SSGR 02/94		
8	ossidabilità al permanganato	mg/L O2	UNI EN ISO 8467:1997		



TAB. 21 - CARATTERIZZAZIONE PER CLASSIFICAZIONE RIFIUTI A MATRICE LIQUIDA SECONDO LA TABELLA CIPSS - PARAMETRI DA ANALIZZARE					
N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova previsto	Limiti	Modalità di registrazione
9	solidi sospesi totali	mg/L	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	500	RAPPORTO PROVA
10	solidi sedimentabili	mL/L	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003	5	
11	azoto ammoniacale come NH <sub>4</sub>	mg/L	APAT CNR IRSA 4030 A2 C Man 29 2003	60	
12	azoto nitrico come N	mg/L	EPA 9056A 2007	6,8	
13	azoto nitroso come N	mg/L	EPA 9056A 2007		
14	azoto totale come N	mg/L	UNI EN 12260:2004	60	
15	- tensioattivi totali	mg/L	Calcolo	20	
16	tensioattivi anionici (MBAS)	mg/L	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003		
17	tensioattivi cationici	mg/L	SLSP020-00 2015 Rev 2_1		
18	tensioattivi non ionici (PPAS)	mg/L	TA SLSP023/84 2015 Rev 3_1		
19	solfiti	mg/L	APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003	10	
20	solfori	mg/L	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	30	
21	cianuri totali	mg/L	EPA 9014A 2014 T	1	
22	cloruri	mg/L	EPA 9056A 2007		
23	fluoruri	mg/L	EPA 9056A 2007	12	
24	fosfati	mg/L	EPA 9056A 2007	30	
25	solforati	mg/L	EPA 9056A 2007		
26	calcio sul totale	mg/L	EPA 6010D 2014		
27	magnesio sul totale	mg/L	EPA 6010D 2014		
28	potassio sul totale	mg/L	EPA 6010D 2014		
29	sodio sul totale	mg/L	EPA 6010D 2014		
30	antimonio sul totale	mg/L	EPA 6020B 2014		
31	arsenico sul totale	mg/L	EPA 6020B 2014	0,5	
32	bario sul totale	mg/L	EPA 6020B 2014	40	
33	cadmio sul totale	mg/L	EPA 6020B 2014	0,02	
34	cromo totale sul totale	mg/L	EPA 6020B 2014	4	
35	ferro sul totale	mg/L	EPA 6020B 2014	20	
36	manganese sul totale	mg/L	EPA 6020B 2014	10	
37	mercurio sul totale	mg/L	EPA 6020B 2014	0,005	
38	nichel sul totale	mg/L	EPA 6020B 2014	4	
39	piombo sul totale	mg/L	EPA 6020B 2014	0,3	



**TAB. 21 - CARATTERIZZAZIONE PER CLASSIFICAZIONE RIFIUTI A MATRICE LIQUIDA SECONDO LA TABELLA CIPSS - PARAMETRI DA ANALIZZARE**

N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova previsto	Limiti	Modalità di registrazione
40	rame sul totale	mg/L	EPA 6020B 2014	0,4	
41	selenio sul totale	mg/L	EPA 6020B 2014	0,03	
42	stagno sul totale	mg/L	EPA 6020B 2014	20	
43	zinco sul totale	mg/L	EPA 6020B 2014	1	
44	cromo (VI)	mg/L	EPA 7199 1996	0,2	
45	boro sul totale	mg/L	EPA 6020B 2014	5	
46	aldeidi alifatiche	mg/L	APAT CNR IRSA 5010 A Man 29 2003	5	
47	fenoli reattivi alla 4-AAP	mg/L	APAT CNR IRSA 5070 A1 A2 Man 29 2003	1	
48	- PCB aroclor 1016; aroclor 1221; aroclor 1232; aroclor 1242; aroclor 1248; aroclor 1254; aroclor 1260	mg/L	EPA 8082A 2007		
49	sostanze oleose totali	mg/L	APAT CNR IRSA 5160 B1 Man 29 2003		
50	idrocarburi totali	mg/L	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003	10	
51	- grassi/oli animali/vegetali	mg/L	Calcolo	125	
52	- composti organo-alogenati totali: 1,1,1,2-tetracloroetano; '1,1,1-tricloroetano;'1,1,2,2-tetracloroetano;'1,1,2-tricloroetano;'1,1-dicloroetano;'1,1-dicloroetilene;'1,1-dicloropropene;'1,2,3-triclorobenzene;'1,2,3-tricloropropano;'1,2-dibromo-3-cloropropano;'1,2-dibromoetano;'1,2-diclorobenzene;'1,2-dicloroetano;'1,2-dicloroetilene (cis);'1,2-dicloroetilene (trans);'1,2-dicloropropano;'1,3-diclorobenzene;'1,3-dicloropropano;'1,3-dicloropropene (cis);'1,3-dicloropropene (trans);'1,4-diclorobenzene;'2,2-dicloropropano;'2-clorotoluene;'4-clorotoluene;'bromobenzene;'bromoclorometano;'bromodichlorometano;'bromoformio;'carbonio tetracloruro;'clorobenzene;'cloroformio;'clorometano;'cloruro di vinile;'dibromoclorometano;'dibromometano;'esaclorobutadiene;'metilene cloruro;'tetracloroetilene;'tricloroetilene;	mg/L	EPA 8260C 2006	2	
53	- composti organo-aromatici totali: 1,2,4-trimetilbenzene;'1,3,5-trimetilbenzene;'benzene;'etilbenzene;'isopropilbenzene;'m,p-xilene;'naftalene;'n-butilbenzene;'n-propilbenzene;'o-xilene;'p-isopropiltoluene;'sec-butilbenzene;'stirene;'tert-butilbenzene;'toluene	mg/L	EPA 8260C 2006	0,4	
54	- composti organo-azotati totali: 2-nitropropano;'acrilonitrile;'metacrilonitrile;'nitrobenzene;'propionitrile	mg/L	EPA 8260C 2006	0,2	



**TAB. 21 - CARATTERIZZAZIONE PER CLASSIFICAZIONE RIFIUTI A MATRICE LIQUIDA SECONDO LA TABELLA CIPSS - PARAMETRI DA ANALIZZARE**

N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova previsto	Limiti	Modalità di registrazione
55	- fenoli totali: 2,4,5-triclorofenolo; 2,4,6-triclorofenolo; 2,4-diclorofenolo; 2,4-dimetilfenolo; 2,4-dinitrofenolo; 2-clorofenolo; 2-metilfenolo; 2-nitrofenolo; 3-metilfenolo; 4,6-dinitro-2-metilfenolo; 4-cloro-3-metilfenolo; 4-metilfenolo; 4-nitrofenolo; fenolo; pentaclorofenolo;	mg/L	EPA 8270D 2014 MixA		
56	- idrocarburi polinucleari aromatici (IPA) totali: 2-metilnaftalene; acenaftene; acenaftilene; antracene; dibenzo[a,h]antracene; benzo[a]antracene; benzo[a]pirene; benzo[b]fluorantene; benzo[e]pirene; benzo[g,h,i]perilene; benzo[j]fluorantene; benzo[k]fluorantene; crisene; dibenzo[a,e]pirene; dibenzo[a,h]pirene; dibenzo[a,i]pirene; dibenzo[a,l]pirene; fenantrene; fluorantene; fluorene; indeno[1,2,3-cd]pirene; naftalene; pirene	mg/L	EPA 8270D 2014 MixA		
57	- organostannici (come Sn): butilstagno (come Sn); dibutilstagno (come Sn); tributilstagno (come Sn)	mg/L	EPA 8270D 2014 SIM (OS)		
58	- antiparassitari totali	mg/L	EPA 8270D 2014 MixB		
59	atrazina	mg/L	EPA 8270D 2014 MixA		
60	- pesticidi azotati: ametrina; bromacil; butilate; cianazina; cicloato; difenamida; EPTC; esazinone; fluridone; metribuzim; mgk-264; molinate; napropamide; prebane; prometon; propazina; tebutiuron; 'tillam; 'tricyclazole; 'trifluralin; '4,4'-DDD; '4,4'-DDE; 4,4'-DDT; a-HCH; 'alaclor; 'aldrin; 'b-HCH; 'd-HCH; 'dieltrin; 'endosulfan I; endosulfan II; 'endosulfan solfato; endrin; endrin aldeide; 'eptacloro; eptacloro epossido; g-HCH lindano; metossicloro	mg/L	EPA 8270D 2014 MixA EPA 8270D 2014 MixB		
	- pesticidi clorurati: butacloro; 'clorpirifos; diclorovos; fenarimol; metolaclor; norflurazon; prometrina; pronamide; propacloro; simetrina; terbacil; 'triadimefon; cis-clordano; trans-clordano;	mg/L	EPA 8270D 2014 MixA EPA 8270D 2014 MixB	0,1	
	- pesticidi fosforati: azinfos metile; bolstar; coumafos; demeton-o; demeton-s; diazinone; disulfoton; etoprop; fensulfotion; fention; forate; merfos; mevinfos; naled; 'paration metile; 'ronnel; stirofos; 'tokution; tricloronate	mg/L	EPA 8270D 2014 MixB	0,05	
18	Giudizio professionale				

ACCREDITAMENTO PROVE: minimo 30% delle prove previste in tabella;

LIMITE DI RILEVABILITÀ: non superiore ad 1/10 del valore limite se previsto

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella. Potranno essere utilizzate anche metodiche diverse da quelle indicate, purché di equivalente valore scientifico.

**10. ANALISI ACQUE USO UMANO**

Nel periodo di affidamento del servizio sono da eseguirsi le seguenti analisi sulle acque ad uso umano:

TAB. 22 - ANALISI ACQUE USO UMANO - PARAMETRI DA ANALIZZARE					
N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova previsto	Limiti D. LGS. 31/01 e s.m.i.	Modalità di registrazione
1	cloro residuo libero	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003		
2	odore	n.a.	Rapporti ISTISAN 07/31 Metodi chimici pag. 80		
3	pH	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	min 6,5 - max 9,5	
4	conducibilità	µS/cm	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2500	
5	colore	n.a.	Rapporti ISTISAN 07/31 Metodi chimici pag. 90		
6	temperatura	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003		
7	durezza totale °F	°F	APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003	50	
8	torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003		
9	ossidabilità al permanganato	mg/L O <sub>2</sub>	Rapporti ISTISAN 07/31 Metodi chimici pag. 97		
10	azoto ammoniacale come NH <sub>4</sub>	mg/L	APAT CNR IRSA 4030 A2 C Man 29 2003	0,5	
11	residuo a 180°C	mg/L	APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003		
12	nitriti	mg/L	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	0,5	
13	cloruri	mg/L	EPA 9056A 2007	250	
14	fluoruri	mg/L	EPA 9056A 2007	1,5	
15	nitriti	mg/L	EPA 9056A 2007	50	
16	solforati	mg/L	EPA 9056A 2007	250	
17	calcio	mg/L	EPA 6010D 2014		
18	magnesio	mg/L	EPA 6010D 2014		
19	potassio	mg/L	EPA 6010D 2014		
20	sodio	mg/L	EPA 6010D 2014	200	
21	alluminio	µg/L	EPA 6020B 2014	200	
22	arsenico	µg/L	EPA 6020B 2014	10	
23	cadmio	µg/L	EPA 6020B 2014	5	
24	cromo totale	µg/L	EPA 6020B 2014	50	
25	ferro	µg/L	EPA 6020B 2014	200	
26	manganese	µg/L	EPA 6020B 2014	50	
27	nicel	µg/L	EPA 6020B 2014	20	
28	piombo	µg/L	EPA 6020B 2014	10	



TAB. 22 - ANALISI ACQUE USO UMANO - PARAMETRI DA ANALIZZARE

N°	Parametro	u.m.	Metodo di prova previsto	Limiti D. LGS. 31/01 e s.m.i.	Modalità di registrazione
29	- tricloroetilene + tetracloroetilene	µg/L	Calcolo	10	
30	- TCA+TCE (DLgs 31/01)	µg/L	EPA 8260D 2017	10	
31	- trialometani totali	µg/L	EPA 8260D 2017	30	
32	1,2-dicloroetano	µg/L	EPA 8260D 2017	3	
33	bromodichlorometano	µg/L	EPA 8260D 2017		
34	bromoformio	µg/L	EPA 8260D 2017		
35	clorometano	µg/L	EPA 8260D 2017		
36	cloruro di vinile	µg/L	EPA 8260D 2017	0,5	
37	dibromoclorometano	µg/L	EPA 8260D 2017		
38	tetracloroetilene	µg/L	EPA 8260D 2017		
39	triclorofluorometano	µg/L	EPA 8260D 2017		
40	legionella spp	UFC/L	ISO 11731:2017		
41	clostridium perfringens (spore comprese)	UFC/100mL	UNI EN ISO 14189:2016	0	
42	pseudomonas aeruginosa	UFC/250mL	UNI EN ISO 16266:2008		
43	conteggio delle colonie a 22°C	UFC/mL	UNI EN ISO 6222:2001		
44	enterococchi	UFC/100mL	UNI EN ISO 7899-2:2003	0	
45	escherichia coli	UFC/100mL	UNI EN ISO 9308-1:2017 A	0	
46	batteri coliformi	UFC/100mL	UNI EN ISO 9308-1:2017 B	0	

ACCREDITAMENTO PROVE: minimo 30% delle prove previste in tabella;

LIMITE DI RILEVABILITÀ: non superiore ad 1/10 del valore limite se previsto

METODO DI PROVA: metodi previsti in tabella. Potranno essere utilizzate anche metodiche diverse da quelle indicate, purché di equivalente valore scientifico.



#### Art. 4

### FORMATO DEI RAPPORTI DI PROVA

Per tutte le prove riportate nel precedente art. 3 dovranno essere emessi i rapporti di prova. Tali rapporti di prova dovranno riportare almeno i seguenti dati:

- Data e ora di campionamento;
- Indicazione del punto di prelievo e nomenclatura del campione;
- Nome del campionatore;
- Condizioni meteorologiche generali al momento del campionamento, se pertinenti;
- Metodo dettagliato di conservazione del campione;
- Metodo utilizzato e eventuale relativa incertezza estesa (P95%);
- Incertezza di misura e limite di rilevabilità;
- Commento tecnico, nel caso di parametri misurati anomali.

#### Art. 5

### PROGRAMMA DELLE ANALISI E CONSEGNA RAPPORTI DI PROVA

Il servizio è relativo ad un periodo di 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di aggiudicazione del servizio.

Le date di esecuzione dei campionamenti saranno comunicate agli organi di controllo (Provincia di Oristano e Arpas). Tali date, comunicate all'aggiudicatario con debito preavviso, saranno da rispettare tassativamente. Sono ammessi slittamenti solo a causa di condizioni meteorologiche avverse.

I risultati degli autocontrolli, anche sotto forma di comunicazioni preliminari, dovranno pervenire al Consorzio entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di campionamento.

Successivamente all'invio delle comunicazioni preliminari dovranno essere inviati, non appena richiesti dal nostro personale di riferimento, i rapporti di prova con una delle seguenti modalità:

- Per posta ordinaria, corriere o "*brevi manu*": rapporti di prova in originale firmati e timbrati;
- Per posta elettronica certificata, in formato pdf.

I risultati dovranno essere trasposti su apposite tabelle compilate su file formato Excel da concordarsi con il Consorzio, con gli eventuali valori misurati fuori limite di accettabilità evidenziati con carattere e colore opportuni.

I rapporti di prova dovranno essere sempre corredati da un commento tecnico, nel caso vi fossero parametri misurati fuori limite di accettabilità o comunque in caso di anomalie nei valori riscontrati.

Rimane inteso che se le analisi evidenziassero delle anomalie dovrà essere immediatamente avvertito il Consorzio.

Tutti i rapporti di prova dovranno essere firmati da un tecnico abilitato e dal Responsabile del Laboratorio.

La scelta di trasmettere via posta i rapporti non costituirà giustificazione alcuna nel caso di ritardi del servizio postale: i rapporti dovranno comunque pervenire in originale al Consorzio entro e non oltre le scadenze stabilite, pena l'applicazione delle penalità. Non si considera valido il solo fax o



il solo invio per posta elettronica, quest'ultima se non certificata.

Si precisa che non saranno ritenute valide giustificazioni del ritardo nella consegna di rapporti di prova dovute a guasti, scioperi o periodi di ferie o di malattia.

#### **Art.6**

### **REQUISITI TECNICI DEL LABORATORIO**

L'aggiudicatario del servizio dovrà essere dotato di idoneo patrimonio di attrezzature, tecnologie, strumentazioni per campionamento ed analisi e abilitato alle metodiche analitiche necessarie ad espletare correttamente le prestazioni richieste descritte nel presente Disciplinare Tecnico.

Dovrà, inoltre, possedere automezzi idonei e personale addetto alla guida degli stessi e mezzi preposti per poter accedere autonomamente, senza aiuto o supporto tecnico del personale di questo Ente, ai piezometri e a tutti i punti di monitoraggio oggetto del servizio e trasportare indenni i campioni sia su percorsi in strada, che fuori strada, in qualsiasi periodo dell'anno, con dotazione di appositi frigoriferi da campo. Inoltre, dovrà essere dotato di idoneo personale attrezzato per potersi autonomamente muovere e trasportare attrezzature, strumentazioni, macchinari, campioni anche a piedi, in assenza di strade, sui terreni interessati, sempre indipendentemente dalla logistica o dalle condizioni meteorologiche stagionali, fermo restando il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza per i lavoratori.

L'aggiudicatario del servizio dovrà disporre continuamente delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, rispondenti alle norme ed in ottimale stato di manutenzione. Le attrezzature minute e i materiali di consumo necessari all'effettuazione del Servizio sono interamente a carico dell'aggiudicatario.

Il Consorzio potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre l'allontanamento e la sostituzione di mezzi o attrezzature che siano ritenute non idonee all'effettuazione del servizio, fatta salva la responsabilità in capo all'aggiudicatario del servizio per l'utilizzo delle stesse.

Il servizio non prevede la disponibilità di locali per il rimessaggio dei mezzi o delle attrezzature utilizzati dall'aggiudicatario del servizio.

#### **Art. 7**

### **RESPONSABILE PER L'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO**

L'aggiudicatario del servizio deve comunicare, entro 3 giorni dall'affidamento, un recapito telefonico con costante reperibilità diurna, nei giorni feriali, e deve comunicare al Consorzio il nominativo del Responsabile di servizio stesso che dovrà avere ampia delega per rapportarsi con il personale di riferimento di questo Consorzio e dare disposizione ai propri operatori in campo.

#### **Art. 8**

### **RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO**

L'aggiudicatario del servizio è responsabile verso l'Amministrazione aggiudicatrice del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto. L'aggiudicatario del servizio dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti ed il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione o il Responsabile Tecnico del Consorzio avranno la facoltà di ordinare l'allontanamento di quelli che ritenesse non adeguati al servizio, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti.



Nella conduzione e gestione del servizio, l'aggiudicatario del servizio dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere affinché le apparecchiature ed i mezzi operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. Compete inoltre all'aggiudicatario del servizio ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario del servizio sarà comunque, sempre, considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Consorzio e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'affidamento.

## **Art. 9**

### **NORME RELATIVE AL PERSONALE**

L'aggiudicatario, almeno tre giorni prima dell'attivazione del servizio, è tenuto a fornire al Consorzio la seguente documentazione, o analoga documentazione prevista dalle norme vigenti, relativa al personale che impiegherà nel servizio:

- Elenco nominativo completo di tutto il personale dipendente impiegato nella esecuzione del servizio corredato per ogni singolo lavoratore dell'indicazione del luogo e della data di nascita, della qualifica, del numero di matricola, dell'idoneità sanitaria e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali;
- Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) o autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/08;

La stessa documentazione dovrà essere presentata ogni volta che avvengano modifiche all'organico impiegato o per sostituzioni oppure per l'impiego di nuovo personale, entro tre giorni dalla variazione.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di assicurare sempre una regolare conduzione del servizio, tenendo costantemente adibito ad esso personale idoneo per numero e qualifica.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente da ferie, malattia, infortuni o altro.

Tutto il personale deve essere dotato, a cura e spese dell'affidatario del servizio di idoneo abbigliamento da lavoro, decoroso ed adeguato al servizio da svolgere. Il personale dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni atte alla protezione della persona sotto il profilo igienico-sanitario e antinfortunistico, ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro.

Il personale dovrà infine essere munito di tesserino di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, da mantenere sempre in vista. Tutto il personale addetto al servizio deve essere fisicamente idoneo, deve usare diligenza e deve tenere un contegno corretto e riguardoso; esso è soggetto nei casi di inadempienza alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale saranno oggetto di segnalazione all'aggiudicatario.

È facoltà del Consorzio chiedere la sostituzione del personale che venga meno agli obblighi sopra indicati.

L'aggiudicatario deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori; in particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul trattamento contributivo e assicurativo.

L'aggiudicatario deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,



ai sensi dell'art 17 della legge 12 marzo 1999.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare ai propri dipendenti occupati nell'attività oggetto del presente Disciplinare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. (ed eventuali accordi provinciali e locali) per i lavoratori del settore, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga al suddetto vincolo anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'aggiudicatario avente configurazione giuridico-sociale di cooperativa deve applicare ai soci impiegati nel servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. (ed eventuali accordi provinciali e locali) per i lavoratori del settore.

L'aggiudicatario è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dei servizi previsti dal presente Disciplinare, le disposizioni in tema di prevenzione degli infortuni, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

L'aggiudicatario, prima di avviare il Servizio si obbliga a prendere visione ed accettare il documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) dell'Impianto di Trattamento RSU.

#### **Art. 10**

### **RESPONSABILE TECNICO DEL SERVIZIO PER CONTO DEL CONSORZIO**

Il Consorzio comunicherà all'aggiudicatario immediatamente dopo l'affidamento il nominativo del proprio Direttore dell'esecuzione/Responsabile Tecnico del Servizio con l'incarico di Dirigere il Servizio per conto dell'Amministrazione. Il Responsabile Tecnico del Servizio effettuerà le sue comunicazioni, per le normali e ordinarie operazioni, sia verbalmente sia mediante note redatte a mezzo email o fax. Eventuali osservazioni che l'aggiudicatario intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto al Responsabile Tecnico del Servizio, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.

Il Consorzio comunicherà all'aggiudicatario, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraccitati.

#### **Art. 11**

### **OBBLIGO DI TRIPLA CAMPIONATURA**

Il Consorzio, a suo libero e insindacabile giudizio, durante la durata dell'affidamento di incarico, si riserva di fare eseguire, in due o più casi ritenuti necessari, ad altri due Laboratori specializzati le analisi dei campionamenti effettuati al fine di eseguire una verifica sulla attendibilità e affidabilità dei rapporti di prova effettuati dal laboratorio analisi aggiudicatario.

Pertanto, a semplice richiesta del Consorzio, vi è l'obbligo per l'aggiudicatario di effettuare una tripla campionatura per tutte le matrici da monitorare. Tutti gli oneri derivanti dalla tripla



campionatura saranno a carico dell'aggiudicatario in quanto da intendersi remunerati nei prezzi unitari offerti per il servizio di campionamento e analisi.

Una campionatura dei prelievi sarà portata presso il laboratorio aggiudicatario per le consuete analisi, mentre le altre due campionature dovranno essere consegnate al Consorzio immediatamente dopo il prelievo, per l'effettuazione delle eventuali controanalisi.

Tutti i campioni dovranno essere opportunamente sigillati ed etichettati con modalità identiche ed indifferenti per tutte e tre le campionature. Il triplo campionamento dovrà avvenire in Impianto con bottiglie e contenitori forniti con oneri a carico dell'aggiudicatario. La loro tipologia, le dimensioni e le caratteristiche dovranno essere identiche per tutti e tre i campioni.

Tali bottiglie e contenitori dovranno contenere liquido sufficiente affinché il Consorzio possa incaricare altri due laboratori dell'effettuazione delle controanalisi.

### **Art. 12**

#### **CAMPAGNE DI CAMPIONAMENTO E ANALISI STRAORDINARIE**

L'aggiudicatario del servizio dovrà rendersi disponibile, su richiesta del Consorzio, ad eseguire entro cinque giorni lavorativi, il prelievo ed il trasporto in sede dei campioni nel caso occorressero al Consorzio monitoraggi per ragioni straordinarie, in aggiunta ed in modo suppletivo alle scadenze periodiche descritte nel presente Discipinare.

Il Consorzio compenserà per tali servizi suppletivi il laboratorio di analisi aggiudicatario applicando i rispettivi prezzi unitari offerti, senza che vengano rinegoziati i costi per tutto il periodo di affidamento del servizio, fermo restando che nulla altro sarà dovuto dal Consorzio in maggiorazione ai prezzi stessi offerti.

Nel caso in cui non sia possibile associare le analisi straordinarie ad una campagna di analisi programmata, verrà riconosciuto un compenso forfetario aggiuntivo per gli oneri di campionamento pari ad € 200,00 per mezza giornata, o frazione di essa, indipendentemente dal numero e dalla tipologia di campioni prelevati.

Nei casi di estrema urgenza, l'aggiudicatario dovrà garantire il prelievo ed il trasporto in sede dei campioni entro 4 ore dalla richiesta del Consorzio. In tali casi il compenso forfetario aggiuntivo sarà incrementato del 20%.

### **Art. 13**

#### **VARIANTI**

L'aggiudicatario sarà obbligato a garantire il servizio oggetto di affidamento a seguito di varianti nei limiti dell'importo del 20% dell'importo complessivo offerto.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Solo qualora venga richiesta dal Consorzio una tipologia analisi non compresa tra quelle indicate in fase di indagine di mercato per le diverse matrici ambientali da monitorare, l'Affidatario dovrà presentare idonea giustificazione del prezzo richiesto (analisi dettagliata), da sottoporre a verifica di congruità da parte del Responsabile Tecnico del Consorzio.



Nella Relazione giustificativa l'Aggiudicatario dovrà riportare in sintesi le modalità di campionamento, con le ore previste, il personale da impiegare, il costo unitario dell'analisi di laboratorio ed un riepilogo con il computo del costo complessivo.

La "Relazione giustificativa" dovrà essere inoltrata al Responsabile Tecnico del Consorzio in un tempo congruo in relazione alla gravità ed urgenza del caso, comunque entro il termine eventualmente specificato nella richiesta, pena l'Applicazione della relativa penale indicata nell'apposito articolo 23 del presente Discipline Tecnico.

L'offerta così formulata sarà valutata dal Responsabile Tecnico del Servizio il quale potrà eventualmente chiedere le modifiche ritenute opportune. Se la stessa verrà giudicata congrua il Responsabile Tecnico del Servizio, esclusivamente a mezzo di comunicazione scritta, comunicherà all'Aggiudicatario l'approvazione del preventivo concordato ed impartirà l'ordine per l'esecuzione del servizio in variante. In caso contrario il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere nuove offerte ad altre Ditte senza che l'Aggiudicatario possa opporre riserva alcuna.

#### **Art. 14**

### **CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Le prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario verranno pagate dal Consorzio a seguito di presentazione di regolari fatture mensili, da emettere dopo la regolare trasmissione dei Rapporti di Prova dei campionamenti effettuati e cumulative delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. Dovrà inoltre essere allegato alla fattura un prospetto riepilogativo delle prestazioni effettuate con l'indicazione del tipo di analisi, del quantitativo, del prezzo unitario applicato e degli importi parziali e totale. Il pagamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mese di ricevimento della fattura e previo accertamento, da parte del Responsabile del procedimento o del Responsabile Tecnico del Servizio, della regolare effettuazione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto e all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la correttezza dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e agli eventuali organismi paritetici di settore, dovuti dall'Aggiudicatario in rapporto al rispettivo settore merceologico di operatività.

Il corrispettivo contrattuale degli oneri di sicurezza sarà liquidato in proporzione all'importo della prestazioni del servizio maturate nel mese di riferimento e sarà inserito nella fattura mensile sopraindicata.

I pagamenti avverranno a mezzo di accredito bancario, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Si rammenta che questo Consorzio rientra tra gli Enti o Società controllate, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni locali cui è stato esteso, con l'articolo 3 del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, l'obbligo di applicazione del meccanismo dello "split payment" previsto dall'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, con decorrenza dal 01 gennaio 2018, da tenere conto in fase di eventuale fatturazione.

#### **Art. 15**

### **SOGGEZIONE ALLE NORME DELL'AFFIDAMENTO**



L'Aggiudicatario è obbligato alla piena e incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente Disciplinare Tecnico e di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti anche delle Amministrazioni locali.

#### **Art. 16**

#### **DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Sono documenti contrattuali:

- a) Il Contratto costituito dalla lettera commerciale di *Conferma d'Ordine*;
- b) il presente *Disciplinare Tecnico* "**Allegato A**";
- c) l'Elenco prezzi di Computo "**Allegato B**";
- d) l'offerta prezzi unitari dell'Aggiudicatario del servizio contenuta nella *Lista offerta prezzi* "**Allegato C**";
- e) l'offerta complessiva dell'Aggiudicatario del servizio contenuta nella *Lista delle prestazioni* "**Allegato D**";
- f) il Piano di Monitoraggio e Controllo approvato "**Allegato E**";
- g) Il Programma di campionamento "**Allegato F**", con date effettive che verranno comunicato all'aggiudicatario del servizio con debito preavviso.

#### **Art. 17**

#### **CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE**

La Ditta Aggiudicataria, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, dovrà presentare, prima della stipula del Contratto, una cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale.

Le modalità di costituzione della cauzione definitiva sono definite dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 18**

#### **INVARIABILITÀ DEL PREZZO CONTRATTUALE**

I prezzi unitari offerti in sede di aggiudicazione sono da intendersi impegnativi ed invariabili per la Ditta aggiudicataria, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevista ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione degli stessi.

#### **Art. 19**

#### **DOMICILIO**

Tutte le comunicazioni inerenti al servizio di cui al presente Disciplinare saranno indirizzate all'Aggiudicatario del servizio o al suo legale rappresentante al domicilio eletto, che dovrà essere indicato in sede di offerta. L'Aggiudicatario dovrà inoltre indicare un recapito telefonico per le relative comunicazioni.



**Art. 20**

**OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'affidamento del servizio è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

**Art. 21**

**CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

**E' espressamente vietato alla Ditta Aggiudicataria cedere a terzi, anche solo parzialmente, il Contratto.**

È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'art. 119 del Codice dei contratti.

Tuttavia, questa Stazione Appaltante ritiene che non rientri nella fattispecie del subappalto, per particolari attività legate al laboratorio, il ricorso ad attività di collaborazione esterna, fermo restando che tutte le analisi dovranno essere certificate dalla Società aggiudicataria.

**Art. 22**

**RISOLUZIONE E DECADENZA DAL CONTRATTO**

L'Aggiudicatario incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 del codice civile, nei casi sotto elencati:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di pignoramento;
- c) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal soggetto ordinante, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente Disciplinary;
- d) gravi o reiterate violazioni della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) qualora i due Laboratori specializzati, ai quali il Consorzio si riserva di fare effettuare le controanalisi dei campionamenti consegnati dall'Aggiudicatario ai sensi dell'Art. 11 del presente Capitolato, rilevassero entrambi, per una serie di gruppi di parametri e determinazioni analitiche, gli stessi risultati con significative differenze rispetto a quelli analizzati dall'aggiudicatario;
- f) qualora durante una visita di controllo i tecnici del Consorzio riscontrassero gravi difformità rispetto a quanto richiesto dalle specifiche tecniche di questo Disciplinary o a quanto dichiarato dall'aggiudicatario, compreso il caso di mancata o anomala conservazione dei campioni di acqua e percolato all'interno dei frigoriferi da campo in ambiente refrigerato;
- g) quando l'impresa si renda colpevole di frodi o risultati in stato di insolvenza;
- h) accertata totale insolvenza verso le maestranze o istituti assicurativi (INPS-INAIL), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti citati;
- i) cessione parziale o totale del contratto in subappalto ad altri;



- j) abituale deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso;
- k) applicazione di 5 penalità di cui all'art. 23 nel periodo di svolgimento del servizio.

Qualora riscontri l'insorgenza di uno dei casi di decadenza sopra specificati, il Consorzio notifica all'Aggiudicatario l'addebito, con invito a produrre le proprie contro deduzioni entro il termine di 7 giorni dalla data di notifica, trascorsi i quali il Consorzio si esprimerà in merito. La risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio dichiarerà all'altra parte, con semplice comunicazione, che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Per le ipotesi di cui sopra, l'aggiudicatario riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art. 1456 c.c..

Per le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli art. 1453 e 1454 c.c., cosicché il Consorzio, potrà intimare per iscritto all'Aggiudicatario di adempiere entro quindici giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Aggiudicatario abbia adempiuto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto.

L'Aggiudicatario, accettando detta clausola, riconosce, ora per allora, che decorso il suddetto termine, il contratto è risolto di diritto.

In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 1453 c.c., l'aggiudicatario dovrà continuare a prestare la sua opera, nonostante la domanda di risoluzione, senza che ciò costituisca sanatoria per morosità.

### **Art. 23**

#### **REGOLARITÀ DEL SERVIZIO, CONTROLLI, PENALITÀ, ESECUZIONE D'UFFICIO**

L'Aggiudicatario è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione del servizio di cui al presente Disciplinare nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti.

L'impresa riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, il Consorzio procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa e ad applicare la penalità nella misura di seguito indicata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Per le infrazioni a quanto disposto dal presente Disciplinare saranno applicate penalità nelle misure seguenti: Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei rapporti di prova	€	150,00
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata per l'effettuazione del prelievo	€	100,00
Per ogni ora di ritardo rispetto al termine di prelievo in caso di estrema urgenza	€	50,00
Violazioni in materia di sicurezza (mancato utilizzo di DPI, utilizzo di attrezzature o mezzi non idonei)	€	250,00
Mancata esecuzione della tripla campionatura	€	200,00
Mancata o ritardata esecuzione di intervento straordinario	€	200,00
Altre violazioni alle prescrizioni del presente Disciplinare (per ogni singolo episodio)	€	100,00



Nel caso di recidiva, nel termine del periodo del servizio, le penalità sono raddoppiate

In presenza di inadempienze che mettano a rischio o impediscano la corretta e puntuale esecuzione delle attività del Consorzio, il Consorzio medesimo, oltre all'applicazione della penale, si riserva la facoltà di far eseguire la prestazione ad altro fornitore: in tal caso i costi sostenuti verranno addebitati per intero all'impresa aggiudicataria.

Le penali maturate saranno trattenute in sede di liquidazione dei crediti dell'aggiudicatario.

#### **Art. 24**

#### **CONTROVERSIE**

Foro competente in via esclusiva per la definizione delle controversie è quello di Oristano.